



DEVIS CONTRADICTOIRE N°03bis/FSBSA/UMMTO/2018

La Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques de l'Université Mouloud MAMMERRI de Tizi-Ouzou relance une consultation sur la base des devis contradictoires portant « **Matériels et mobiliers pédagogiques** » dans le cadre de son budget de fonctionnement 2018,

Chapitre 22-22 : Matériels et mobiliers pédagogiques

Article 01 : Acquisition matériels et mobiliers pédagogiques

Lot N° 01 : Equipements de laboratoire.

Le devis doit contenir :

- La raison sociale ;
- Adresse
- Le RIB
- Numéro de téléphone
- NIF
- NIS
- N° du registre de commerce

Doit : La Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques de l'Université Mouloud MAMMERRI de Tizi-Ouzou

- Voir fiche technique jointe en annexe
- Le prix en HT et en TTC (en chiffre et en lettre)

Les offres doivent être déposées au **Secrétariat Général de la Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques** sous pli unique fermé et anonyme portant la mention «**DEVIS CONTRADICTOIRES n°03bis/ FSBSA/UMMTO/2018- Matériels et mobiliers pédagogiques**».

Un délai de **Cinq (05) jours** est accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leurs offres à compter du **19/09/2018 au niveau du Secrétariat Général de la faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomique sise à HASNAOUA II.**

La date limite du dépôt des offres est fixée pour le **23/09/2018 à 10h00.**

L'ouverture des plis se fera, en présence des soumissionnaires qui le souhaitent le jour même de la date limite du dépôt des offres le **23/09/2018 à 11H 00Mn**, au bureau de secrétariat général de la **Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomique sise à HASNAOUA II.**

Fiche technique



Lot N° 01 : Equipements de laboratoire.

N°	Désignation	Caractéristiques	P U
01	Agitateur magnétique chauffant	Vitesse 1 500 RPM, matériau de la plaque supérieure, aluminium, fréquence : 50 to 60HZ, hauteur (métrique) : 115mm, poids (métrique) 2.6kg diamètre 155mm. Capacité d'agitation : 15 litre Livré avec sonde de température Température max (métrique) : 370° Type d'affichage : digital display LED	
02	Bec Benzène	Acier inoxydable à bec standard de qualité	
03	Autoclave de stérilisation	Volume de la chambre 12 litre Gamme de température 110 à 140°C Système de contrôle à microprocesseur Système de chauffage proportionnel Nanomètre pour la pression de la chambre Soupape de sécurité contre la surpression Fonctionnement très simple sans connexion à l'eau pour canalisation.	